



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пр-кт им. В.И. Ленина, 56 а. Волгоград, 400005.
Тел. (8442) 24-85-00. Факс (8442) 24-85-51.
E-mail: oblzdraz@volganet.ru
ОКПО 00088390, ОГРН 1023403443744,
ИНН/КПП 3444050369/344401001

11.09.2012 № 10-04-7643

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Руководителям учреждений
здравоохранения всех форм
собственности

Министерство здравоохранения Волгоградской области в соответствии с информацией изложенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.08.2012 № 04И-782/12 сообщает, что использование зарегистрированного изделия медицинского назначения «Аппарат циркулярный сшивающий «ПРОКСИМАТ» (PROXIMAT), модель PPH01 (партии: H43X2C, H43Y5G, H44W1H) и PPH03 (партии: J4AL2F, H44N6C, J4AH2H, H44C3X, J4A52R, H44A99, J4A118, H4447G, J4A82N, H43Z2K, J4AE0F, H4438Y, J4AA24, H44F0U, J4A81N, H43X76, H44A98, H43U93, J4AF8R, H43Y8Z, J4A85J, H43Y03, J4A35K, H43W3A, H44F04, H43R4P, H44V5W, H43T5Z) в наборе с крючком, расширителем и анаскопом» (производство «Этикон Эндо-Серджири, Эл-Эл-Си», США) создает угрозу причинения вреда здоровью граждан.

Указанные партии изделия медицинского назначения подлежат возврату предприятию-изготовителю (поставщикам).

Министерство здравоохранения Волгоградской области предлагает руководителям учреждений здравоохранения всех форм собственности провести проверку наличия указанных партий изделия медицинского назначения в учреждениях здравоохранения и в случае выявления предоставить информацию в срок до 15.09.2012 в электронном виде на адрес: farm705@yandex.ru и установленном порядке в Управление Росздравнадзора по Волгоградской области (Волгоград, ул. Краснознаменная, 12).

Заместитель министра
Волгоградской области

В.П.Гончаренко

Аванесян Ануш Ашотовна
(8442)24-85-58